仕　様　書

1．物品名
　血液ｶﾞｽ分析装置

2．数量
　1台

3．性能・機能
1）pH、血液ｶﾞｽ(PCO2、PO2)および電解質(Na・K・Cl・Ca)、Hctが全自動で測定できること。
2）所要検体量が70μL以下であること。
3）測定時間は120秒以内であること。
4）検体吸引は、気泡混入のない傾斜式自動吸引方式であること。
5）電極のメンテナンス、血液流路の洗浄を必要としないメンテナンスフリーであること。
6）較正間隔が8時間以上であること。
7）測定カセットと溶液パックが分離しており、かつ60日間の使用が可能であること。
8）検体識別のバーコードラベルに対応でき、オンライン機能を有すること。
9）ﾊﾞｯﾃﾘｰを内蔵し、移設しての即時測定が可能であること。
10）較正用ガスはガスボンベを使用しないこと。

4．その他
1）代理店・メーカーによる緊急時の迅速対応が可能なバックアップ体制が整備されていること。
2）取扱説明書を2部渡すこと。
3）通常の使用条件で故障・不具合を生じた場合は納品後1年間は無償で補償を行うこと。
4）既存機器の撤去処分を行うこと。

以上